ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КФ 4.00

ТУ 9452-013-40259145-2010

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Москва

5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Перед подготовкой кровати к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом или руководством по эксплуатации.

5.2 Проведите визуальный осмотр изделия и проверьте комплектность.

5.4 Установите на кровати, при необходимости, балканскую раму и приспособления для лечебной физкультуры.

5.5 Поставьте кровать на место и затормозите колеса.

5.6 Подключите кровать к электросети 220В, частота 50 Гц.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1 Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.

6.2 По мере необходимости подтягивайте ослабевшие крепежные детали кровати.

6.3 При возникновении неисправности в работе кровати необходимо обращаться на завод-изготовитель или в сервисную службу по месту эксплуатации.

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Перед началом использования проверьте заторможены ли колеса кровати.

7.2. Перед началом использования приспособлений убедитесь:

- в надежности крепления балканской рамы;
- в целостности манжет;
- в целостности шнуров на навесных приспособлениях.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Кровати функциональные типа КФ4 (далее по тексту - кровать) с дополнительными аксессуарами: балканской рамой с комплектом приспособлений для лечебной гимнастики, стойкой для вливаний, держателем судна типа «Ладья». Кровать предназначена для физиологически адекватного пребывания пациента в условиях стационара и в домашних условиях, проведения профилактики и лечения трофических изменений пациенту, лечебной физкультуры и массажа, осуществления самостоятельных занятий по разработке верхних и нижних конечностей, укреплению мышц туловища.

Кровати применяются для оснащения реабилитационных центров, стационаров, а также могут быть использованы в домашних условиях.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 50444.

Класс в зависимости от потенциального риска применения - 1

Кровати в упаковке должны храниться на складах в условиях хранения 2 ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры и характеристики должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1

№	Параметр	КФ4.04
1	Длина /мм/, не более	2270
2	Ширина /мм/, не более	1090
3	Высота ложа /мм/, не более	460…810
4	Масса /кг/, не более	115
5	Регулировка высоты ложа /мм/, не менее	Электрич. 350
6	Подъем головной секции /градус/, не менее	Электрич. 60
7	Подъем ножной секции /градус/, не менее	Электрич. 55

2.2 Кровать укомплектована колесами диаметром не менее 100 мм,

2.3 Кровать оборудована бамперами, диаметр которых не менее 100 мм

2.4 Диапазон изменения углов секций и ложа должен соответствовать данным таблицы 1.

2.5 В заторможенном положении кровать не перемещается от усилия менее 300Н (30 кгс.).

2.6 Усилие, прилагаемое на педаль тормоза не более 200Н (20 кгс).

2.7 **Грузоподъемность кровати 170 кг.**

2.8 Допускается дезинфекция кровати по ГОСТ 50444 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16.

2.9 Средний срок службы до списания – не менее 7 лет.

За предельное состояние принимают такое состояние приспособлений, при котором годовая стоимость ремонтов для восстановления работоспособности достигает 60% стоимости нового изделия.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Кровать	1
2	Матрас	1
3	Комплект боковых ограждений (левый, правый)	1
4	Комплект спинок (передняя, задняя)	1
5	Стойка инфузионная	1*
6	Приспособление для подтягивания	1*
7	Держатель судна типа «Ладья»	1*
8	Рама надкроватная	1*
9	Блок для приспособлений	5*
10	Приспособление для руки	1*
11	Приспособление для голени	1*
12	Приспособление для колена	1*
13	Приспособление для подъема спины	1*
14	Перекладина для подтягивания	1*
15	Ручка для подтягивания	1*
16	Руководство по эксплуатации КФ 4.04РЭ	1

Примечание: (*) - Поставляется по дополнительной заявке.
По согласованию с заказчиком комплектность может быть изменена.

4 УСТРОЙСТВО КРОВАТИ

4.3 **Кровать КФ4.04** (рис.1) состоит из основания на четырех колесах с тормозом (1), рамы (2), пятисекционной панели с матрасом (10), у которой головная (3) и ножная (4) секции поднимаются (опускаются) с помощью электропривода (8) высота панели регулируется с помощью электропривода (6). Электроприводы управляются дистанционно пультом (9). Кровать оборудована боковыми ограждениями (11). Имеется головная и ножная быстросъемные спинки (7). На кровать возможна установка аксессуаров: стойки для вливаний, рамы надкроватной с блоками для приспособлений и приспособлениями для реабилитации, приспособления для подтягивания, держателя судна типа «Ладья» - перечисленные аксессуары условно не показаны.

Изделия, **оснащенные приводами DU08+1**, имеют возможность установки резервной батареи, которая позволяет при исчезновении сетевого напряжения опустить секции.

ВНИМАНИЕ! При опускании бокового ограждения захват осуществлять с наружной стороны.




Рисунок 1

В Н И М А Н И Е!

Используйте электрические регулировки кровати только в прерывистом режиме 2 мин / 18 мин.

Это значит - максимальное время непрерывной работы электропривода должно составлять не более 2 мин, после этого должен быть сделан перерыв – 18 мин.

Либо после непрерывной работы электропривода работы в течение 1 мин должен быть сделан перерыв 8 мин.

Несоблюдение данного правила может привести к выходу из строя электрического привода!

Перед перемещением кровати убедитесь в том, что тормоза на колесах РАЗБЛОКИРОВАНЫ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка кровати с пациентом за боковые ограждения!

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать **КФ4.04** изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией, признана годной для эксплуатации.

М.П. _____ подпись

08 февраля 2019 г.
дата

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, произошедшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производится изготовителем по адресу:

125413, г. Москва, ул. Онежская, д.24/1, ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
тел./факс (495) 456 97 50 www.conmetholding.ru

М.П. _____ подпись

14 февраля 2019 г.
дата

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Мы рады рассмотреть Ваши предложения о сотрудничестве, а также Ваши пожелания и предложения по изменению конструкции, по созданию новых видов реабилитационной техники.

Наш адрес:125413, г.Москва, ул.Онежская, д.24/1,
ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
тел/факс: (495) 456-97-50
www.conmetholding.ru