Инструкция по эксплуатации

Тумба медицинская MET TL 100



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Тумба предназначена для размещения и хранения в лечебно-профилактических учреждениях у кровати тяжелобольного пациента медицинских изделий, перевязочного материала и медикаментов, за исключением наркотических и сильнодействующих лекарств.

Показания к применению:
- размещение, хранение медицинских изделий, перевязочного материала и медикаментов, за исключением наркотических и сильнодействующих лекарств;
- размещение медицинских инструментов и медицинских изделий.

Противопоказания*:*
Противопоказаний к применению нет.

Области применения изделия: в медицинских учреждениях, в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и социальных учреждениях.

2. Технические характеристики:

Тумба медицинская МЕТ TL-100, в составе:

- Корпус тумбы- 1 шт.
- Столешница тумбы- 1 шт.
- Выдвижной ящик -1 шт.
- Дверь-1 шт.
- Ручка -2 шт.
- Колесо- 4 шт.

Ширина тумбы	455
Глубина тумбы	405 мм
Высота тумбы	810 мм
Диаметр колес	75 мм

Погрешность параметров таблицы составляет не более 5-10%.

3. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

1 Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
2 Проверить комплектность.
3 Осуществить установку изделия.

4. Условия хранения и транспортировки.

Изделия медицинские транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия при транспортировке изделий медицинских соответствуют условиям хранения 1 температурный диапазон от +5 до +40 ºС по ГОСТ 15150.

В упаковке предприятия-изготовителя изделия должны храниться в закрытом помещении условиям хранения 1 температурный диапазон от +5 до +40 ºС по ГОСТ 15150 и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

5. Техническое обслуживание

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации вашего изделия. Мы рекомендуем регулярно проводить следующие проверки:

Периодический осмотр целостности покрытий, внешний вид изделия на наличие повреждений.

В случае отказа изделия или его неисправности в течение гарантийного срока предприятие (потребитель) - «Владелец» должно направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:
•заявку на ремонт (замену) с указанием своего адреса и контактного телефона;
•гарантийный талон, оформленный, со своей стороны.

6. Чистка и дезинфекция

Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113 с использованием агрессивных материалов в основном щелочного характера, таких как каустическая сода, хлорные и спиртовые растворы, 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».

7. **Требования безопасности и охраны окружающей среды**

Изделия не представляют опасности для жизни, здоровья людей в процессе эксплуатации и после окончания срока эксплуатации. Тумбы являются малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека относятся к 1 классу опасности (Приказ № 4Н от 06.06.2012). Система разработки и постановки медицинских изделий соответствует ГОСТ 15.013.

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий медицинских – не менее 12 месяца со дня ввода её в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи. Гарантия на эксплуатацию 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения изделий медицинских в упакованном виде 12 месяцев.

Средний срок службы изделий медицинских до списания 5 лет.

В случае неисправности изделия в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес производителя следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; дефектную ведомость.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тумбы медицинские «МЕТ» по ТУ 32.50.30-021-11459109-2023 в вариантах исполнения с принадлежностями

Вариант исполнения:

№ . . . . . Дата изготовления « » ……... 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен . . . .
(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
……

3. Заключение предприятия-изготовителя:

. . . . . .
. . . .
. . . . . .

4.Выполненные работы

. . . . . .
. . . . . .
……. . . .…….....……

Руководитель предприятия - «Владелец»	Руководитель предприятия – изготовителя
……. . . . . . «. . .». . . . . 20 . . .г. М.П.	. . .. «. . .». . . . . 20 . . .г М.П.