7. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____

м.п.

Продавец: _____

_____

ПАСПОРТ

Столик-тележка из нержавеющей стали BLQ



Столик манипуляционный из нержавеющей стали

Габаритные размеры, см	Полки, ящики	Примечание
Длина (с учетом ручки для передвижения): 113 Длина (без учета ручки): 90 Ширина: 51 Высота: 90	4 ящика, 1 отделение с дверцей, 1 полка-столешница	На полке-столешнице защитное ограждение, опорные колеса Ø 75мм

1. Предназначение

Столик с четырьмя выдвижными ящиками и отделением с запирающейся дверцей, предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

2. Общая характеристика

Столик состоит из:

- корпуса с боковой ручкой, четырехколесной опоры, на всех колесах тормоза-фиксаторы;
- четырех выдвижных ящиков;
- одного отделения с запирающейся дверцей.

3. Описание

Каркас: жесткая цельносварная конструкция из нержавеющей трубы 25х25 мм марки AISI-304. Столик установлен на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.
Стенки и полки выполнены из нержавеющего листового проката с усилениями, согнутого особым способом, обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность.
Использование нержавеющего металлопроката позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации.
Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Столик обернут полиэтиленовой плёнкой и упакован в картонную коробку.
Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Сборка

Столик поставляется в собранном виде. После доставки: вскрыть упаковку, прикрутить ручки и колеса.

6. Правила ухода

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.
Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.
При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.
Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.