7. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____

м.п.

Продавец: _____

_____

MET SIY-130
Тележка медицинская универсальная

ПАСПОРТ



Габаритные размеры, см	Полки, ящики
Длина: 75 Ширина: 50 Высота: 90	3 полки 4 ящика

1. Предназначение

Изделие предназначено для использования в медицинских учреждениях, в том числе для проведения различных процедур медицинским персоналом.

2. Общая характеристика

Модель изготовлена из нержавеющей стали. Этот материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и легко поддается санитарной обработке, что обеспечивает долгий срок службы и соответствие строгим медицинским нормам гигиены. Все поверхности тележки легко очищаются с помощью стандартных моющих средств. Модель на самоориентирующихся колёсах оснащена столешницей, полками и четырьмя выдвижными ящиками.

3. Описание

3.1. Тележка изготовлена из нержавеющей стали, это прочный и долговечный материал, устойчивый к механическому воздействию, а также к регулярному воздействию дезинфицирующих и моющих средств, сварная конструкция обеспечивает необходимую прочность и устойчивость конструкции, исключающую люфт.

3.2. Полки выполнены из нержавеющего листового проката с усилениями, согнутого особым способом, обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность. Полки оборудованы бортами с 4 сторон.

3.3. Выдвижной ящик устанавливается на направляющие полного выдвижения, обеспечивающие полное и бесшумное движение ящика, а также его фиксацию в закрытом положении.

3.4. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Тележка обернута полиэтиленовой плёнкой и упакована в картонную коробку.
Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Сборка

Тележка поставляется в собранном виде. После доставки: вскрыть упаковку, прикрутить колеса, отрегулировать по высоте крепления.

6. Правила ухода

6.1. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

6.2. Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

6.3. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

6.4. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.