7. Адрес изготовителя:

603009 , Н. Новгород, ул. Фучика, д. 60,
ООО МК «АСК»
Тел./Факс (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

Упаковщик_____

Дата изготовления _____ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью
Медицинская компания
АСК

Паспорт

Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-01

ТУ 5621-002-68690950-2011



г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1.Тележка предназначена для перевозки пациентов внутри медицинских учреждений.

1.2.Сварной металлический каркас тележки изготовлен из профильных труб25х25х1,5 и 20х20х1,5.Каркас устанавливается на колеса диаметром 150мм.

Носилки съемные. Сварной каркас носилок изготовлен из профильных труб 30х30х1,5 и20х20х1,5.Ложе носилок металлический лист толщиной 0,8мм.

Каркасы тележки и носилок окрашены методом полимерной порошковой окраски.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	длина	ширина	
840	2195	690	25

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Каркас тележки	1
3.2	Носилки	1
3.3	Колесо (Ø150 мм)	4
3.4	Болт М10х20	4
3.5	Паспорт	1
3.6	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется ключ на 14мм.

4.1. Распаковать компоненты тележки-каталки.

4.2. Болтами 3.6 закрепить на ножки каркаса 3.1 колеса 3.4 при помощи ключа на 14мм.

4.3.Установить носилки на тележку.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».

5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.

5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.

5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.

6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.