Роллатор серии MET RL - 130

Руководство по эксплуатации



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Область применения медицинского изделия.
для использования в медицинских учреждениях и в быту.

2. Показания к применению и назначение медицинского изделия. Потенциальные потребители изделия.

- детский церебральный паралич
- патологии крупных суставов
- другие нарушения опорно-двигательного аппарата

Роллатор серии MET RL-130 (далее по тексту - роллатор или изделие). Роллатор предназначен для передвижения инвалида или ослабленного ребёнка, не способного ходить, вручную пользователем. Данное изделие подходит для детей с церебральным параличом для проведения тренировки ходьбы с целью предотвращения атрофии мышц и повышения мышечной силы. Может предотвратить остеопороз, пролежни, снижение функции сердца и другие сопутствующие заболевания.

3. Противопоказания при применении медицинского изделия.
- вес пациента выше 35 кг;
- не использовать с различными специфическими болезнями.

4. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

	Чтобы правильно использовать роллатор, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.

	Запрещается использование роллатора в целях, не прописанных в данном руководстве.

•Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю /поставщику.
•Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
•Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите пользование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
•Следите за тем, чтобы ремни находились в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
•Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
•В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов роллатора.
•Рекомендуем перед началом активного использования роллатора тренироваться в обращении с ним.
•Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При эксплуатации роллатора необходимо сохранять центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту.
•Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

5. Возможные побочные действия при использовании изделия.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании роллатора важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.


6. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

Производитель несет ответственность только при использовании роллатора в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с руководством по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.


Данное изделие предназначено для использования детьми с полной или частичной утратой способности передвижения при самостоятельном перемещении или перемещении с посторонней помощью.
Коляска предназначена для перемещения по твердым покрытиям, либо в помещении.
Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия.


■ Перед использованием внимательно прочитайте меры предосторожности для правильного использования.
■ Несоблюдение инструкций в руководстве пользователя может привести к повреждению изделия, травмам людей и даже к гибели людей.
■ В случаях, когда пациенту или члену семьи необходимо напрямую управлять роллатором, врач или медсестра должны полностью объяснить пациенту надлежащий метод использования, учитывая его симптомы, прежде чем разрешить использовать изделие.
■ Перед использованием роллатора реабилитолог должен проверить, установлено ли оборудование на земле, без явления тряски, подробно прочитать инструкцию к изделию, ознакомиться с характеристиками изделия, требованиями и методами эксплуатации, а также провести проверку работы изделия без нагрузки, чтобы убедиться, что изделие находится в хорошем состоянии перед использованием.
■ Пациентов следует обучать ходьбе на ногах с помощью реабилитолога или специалиста по уходу за больными.
■ Обучение использованию приспособления для ходьбы должно следовать принципу «шаг за шагом» и постепенно увеличивать время обучения.
■ Во время обучения ходьбе ремни, используемые пациентом, должны быть надежно закреплены и не болтаться.
* После прочтения руководства пользователя его следует хранить в месте, где оно всегда будет на виду.

Состав изделия:





Инструкция по сборке:







подвесное крепление
соединительный элемент 4 шт. с каждой стороны
F
U образное крепление
винт M6*28
барашек


барашек с винтом M6*45





7. Срок службы (годности) и указание на запрет использования изделия по истечении срока службы (годности).

Средний срок службы до списания роллаторов— не менее пяти лет. Роллаторы являются ремонтопригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления её работоспособности экономически нецелесообразна. Гарантийный срок эксплуатации изделия в целом, кроме принадлежностей — 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, при внерыночной покупке — со дня получения потребителем.

8. Условия хранения и транспортировки.

Изделия должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.

Транспортирование должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолетов и т. д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на

транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
Транспортирование на самолетах в неотапливаемых негерметизированных отсеках не допускается.
Условия транспортирования — в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от минус 50 ℃ до плюс 40 °С.).
Транспортирование в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846.
Условия хранения — в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от минус 50 °С до плюс 40 °С, относительная влажность воздуха — 98 % при 25 °С).

9. Техническое обслуживание.
Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации изделия. Работоспособность роллатора и, в особенности, его тормозов принципиально должна проверяться всякий раз до его применения. Стопорные гайки рекомендуется использовать не более одного раза. После многократного откручивания-закручивания они подлежат замене. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю с целью их устранения. Это в первую очередь относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение ходовых качеств изделия или снижение его устойчивости. Помимо этого, мы рекомендуем регулярно проходить ежегодное техническое обслуживание в авторизованном специализированном магазине. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем через указанные интервалы времени.

Контроль	Перед каждым использо-ванием	Ежеме-сячно	Ежеквар-тально
Функционирование тормозов	x		
Регулировки головки вилки поворот-ных колёс		x	
Визуальный контроль креплений, мягких частей (подголовник, сиде-нье, подлокотники,боковые опоры, фиксаторы для ног)		x	
Степень износа деталей складной рамы		x	
Осмотр резьбовых соединений			x

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:
ООО «МЕТ»
108811, Г. МОСКВА, П МОСКОВСКИЙ, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), ДВЛД. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5 БЛОК Г

8-495-775-75-95

10. Чистка и дезинфекция

	При очистке изделия используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.

Наружные поверхности изделия не должны иметь вмятин, трещин, зазусенцев, острых кромок, потертостей, острых выступающих частей и других дефектов. Поверхности изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, с добавлением уксусной кислоты в концентрации > 10% или органическими растворителями типа галогенизированных/ароматизированных углеводородов или ацетоном.

11. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения изделия в упакованном виде 12 месяцев.

В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющий гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; гарантийный талон.

Общие положения (рекомендации): текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя или дилеров на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кресло медицинское многофункциональное для осмотра и процедур по ТУ 32.50.30-003-11459109-2019 производства ООО «МЕТ»

№ . . . . . Дата изготовления « » ……... 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен . . . . . .
(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. Заключение предприятия-изготовителя:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4.Выполненные работы

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Руководитель предприятия - «Владелец»	Руководитель предприятия – изготовителя
……. . . . . . «. . .». . . . . 20 . . .г. М.П.	. . .. «. . .». . . . . 20 . . .г М.П.