## 7. Гарантийные обязательства.

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
7.2. На механические повреждения мягких элементов изделия, полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.
7.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.
7.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить гарантийный талон, товарно-транспортную накладную (или УПД), рекламацию и фото/видео материалы, которые могут помочь определить проблему.
7.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
г. Москва, ул Электрозаводская д.29, стр. 2,офис 407Г, инд:107076, тел (495) 642-86-62, 988-76-60, e-mail: service@med-engineering.ru

## 8. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017: кресло медицинское К-02ээг, №_____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ 32.50.50-002-18732063-2017 и признано годным к эксплуатации.

**Начальник ОТК**

МП _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
дата производства

**Изготовлено в России ООО «ХИТЭК-ГРУП»**
**107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2**
**Телефон: +7 (495) 995-99-59**
**www.med-engineering.ru**

МедИнжиниринг

# ПАСПОРТ
# Кресло медицинское К-02ээг

**Арт. К-02ээг**

**Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017:**
**кресло медицинское К-02ээг**

## 1.Назначение

1.1 Кресло медицинское К-02ээг (далее – изделие) предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.
Изделие используется для оснащения кабинетов, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

## 2.Описание

2.1 Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-002-18732063-2017 и имеет РУ №РЗН 2018/7078 от 03.05.2018.
2.2 Каркас изделия сварной, изготовлен из стальных труб с нанесением защитного порошкового полимерного покрытия.
2.3 Мягкие элементы выполнены из фанеры, эластичного пенополиуретана, обтянуты искусственной кожей.
2.4 Углы наклона спинной и ножной секций регулируются механизмом Rastomat. Установку положения секции в необходимое положение производить следующим образом:
а) Привести секцию в исходное положение. Для этого нужно поднять ее вверх до упора (при этом фиксатор отключается), а затем опустить до упора вниз;
б) Привести секцию в требуемое положение. Из крайнего нижнего положения нужно плавно поднимать секцию (при этом происходит срабатывание механизмов фиксаторов (растоматов), сопровождаемое характерными щелчками) до необходимого положения. Нажатием на секцию убедиться в надежности фиксации.
2.5 Подлокотники регулируются по высоте и углу поворота бесступенчато, положение фиксируется ручкой-фиксатором. Для изменения положения подлокотника, нужно повернуть ручку-фиксатор против часовой стрелки (ослабить фиксацию), выставить необходимое положение элемента, затем повернуть ручку – фиксатор по часовой стрелке (зафиксировать новое положение).
2.6 Подголовник регулируется по 2-м осям, его положение фиксируется винтами Барашек
2.7 Изделие может поставляться как в собранном, так и в разобранном виде. При поставке в разобранном виде следует воспользоваться инструкцией по сборке, входящей в комплектацию.

## 3.Технические характеристики

3.1 Габаритные размеры, мм:
Высота – 1150-1300
Длина - 1060± 4
Ширина –820± 4
3.2 Угол подъема
спинной секции - от 30º до 65º
ножной секции - от 0º до -65º
Угол поворота подлокотников 270º.
3.3 Допустимая равномерно распределённая нагрузка на ложе не более 160 кг
- 60 кг на спинную секцию
- 40 кг на подлокотники
3.4 Масса изделия 28 ± 3 кг.
3.5Материалы, входящие в состав изделия: сталь, фанера, пенополиуретан, спанбонд, кожа искусственная.
3.6 Срок службы изделия – не менее 6 лет.

## 4.Комплектность

В комплект поставки входит:
- изделие - 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- гарантийный талон – 1шт.
- инструкция по сборке -1шт

## 5. Правила эксплуатации и меры безопасности.

5.1 Использовать изделие только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.
5.2 Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5-процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.
5.3 Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.
5.4 Изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов, соответствующих климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.
5.5 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр (раз в полгода) целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

## 6. Хранение и транспортировка

6.1 Транспортировка изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом (в крытых транспортных средствах) в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
- упаковка с изделием не должка подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20ºС до+40°С.
6.2 Изделие может храниться в течение 5 лет в упакованном виде в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5ºС до +40ºС.
- относительная влажность при температуре окружающей среды +25°С не более 80%
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.