МЕТ ЭССЕН 1МоБ

Шкаф медицинский одностворчатый, для одежды, бактерицидный, разборный

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ





* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Шкаф предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях для хранения медицинских одежды, обуви, головных уборов, других расходных материалов.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего шкафа

2. Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров	Примечание
Габаритные размеры, мм: • ширина • глубина • высота	 500 500 1770	Высота указана без учета ножек
Количество отделений, шт.	1	Одно отделение, закрываемое одной дверкой
Количество дверей, шт.	1	
Количество полок, шт.	2	Возможность регулировки высоты
Вес изделия, кг	50	

3. Описание

3.1. Шкаф изготовлен в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического листа толщиной 0,8 мм, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин.

3.2. Конструкция изделия состоит из:

- одного отделения, закрываемого одной дверкой,
- одной полки для головных уборов,
- одной полки для обуви,
- одной перекладины для вешалок,
- одного однолампового облучателя - рециркулятора.

3.3. Безопасная распределенная нагрузка на полку – 30 кг.

3.4. Ко дну полки для головных уборов при помощи саморезных шурупов прикрепляются специальные ушки-крепления для установки в них перекладины для вешалок.

3.5. Перекладина для вешалок изготовлена из металлической трубы сечением не менее 10 мм.

3.6. Дверка шкафа устанавливается при помощи быстросъемных подпружиненных креплений, изготовленных из прочной оцинкованной стали.

3.7. Отделение закрывается при помощи ригельного замка.

3.8. Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте металлические опоры, с пластиковыми подошвами, предотвращающими повреждение напольного покрытия. Регулируемые опоры позволяют выполнить правильную установку изделия на неровной поверхности, а также проводить влажную уборку под изделием.

3.9. Поверхность шкафа устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3.10. Шкафы при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

3.11. Облучатель соответствует всем требованиям ГОСТ Р 50444-92

3.12. Корпус облучателя - рециркулятора изготовлен из химически стойкого пластика.

3.13. Облучатель работает от сети переменного тока напряжением 220±22 В. Частота сети переменного тока – 50 Гц.

3.14. Облучатель по требования электробезопасности соответствует классу защиты I тип B ГОСТР 50267.0-92.

3.15. Общая мощность, потребляемая облучателем от сети, должна быть не более 15 Вт.

3.16. Кнопка включения активной фазы работы облучателя находится на торцевой части изделия.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в разобранном виде.

4.2. Каждая составляющая изделия упакована в индивидуальную полиэтиленовую упаковку для обеспечения сохранности изделия от царапин при транспортировке.

4.3. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности с последующей обтяжкой короба термоусадочной пленкой.

4.5. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.6. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.7. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.8. При транспортировке и хранении шкафа при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания замков, а так же правильной работы рециркулятора.

4.9. При проведении плановой дезинфекции шкафа, его необходимо обесточить, вытащив вилку питания из сети.

	Запрещается: • Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы. • Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами. • Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами. • Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

	Согласно Сан ПИН 2.1.3.2630 – 10, п. 1.4.3 в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность проводятся еженедельные генеральные уборки, во время которых мебель (в том числе шкафы) необходимо отодвигать от стены. Под перестановкой понимается: перемещение изделия на расстояние с полным отрывом опор шкафа от пола. **Не допускается перестановка шкафов путем волочения, т.е. без отрыва опор от пола!**

5. Техническое обслуживание

Наши шкафы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Дно	1 шт.
Крышка	1 шт.
Боковая стенка правая	1 шт.
Боковая стенка левая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Дверка	1 шт.
Полка для головных уборов	1 шт.
Полка для обуви	1 шт.
Перекладина для вешалок	1 шт.
Одноламповый облучатель – рециркулятор	1 шт.
Регулируемые опоры	4 шт.
Замок	1 шт.
Ключ	2 шт.
Комплект фурнитуры	1 шт.
Инструкция по сборке с иллюстрациями	1 шт. (в упаковке шкафа)

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____