

Дата выпуска и упаковки 2019

Бригада _____



ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

Специалист отдела продаж ЧУП «Артинокс» Котов М.А.



Паспорт изделия
Столик медицинский серии АТ

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,
район д. Михановичи
Телефон: +375175415232

М. П.



**Столик медицинский инструментальный
АТ-В21**

1.Предназначение

Столик предназначен для эксплуатации в лечебных учреждениях для размещения инструментария, приспособлений и других медицинских принадлежностей, используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций

2.Общая характеристика

Столик конструкционно выполнен из следующих элементов:

- каркас
- столешница
- колесные опоры диаметром 75 мм

3.Описание

Каркас и столешница: Жесткая, цельносварная конструкция, из листового нержавеющей металлопроката марки AISI – 304 толщиной 0,8 мм/25*25 мм, выгнутого особым способом обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность. Регулировка высоты столика производится гидравлическим домкратом при помощи ножной педали. Поворот рабочей поверхности производится вручную с фиксацией винтовым зажимом. Рабочая поверхность столика имеет отбортовку с 4-х сторон. Использование нержавеющей металлопроката позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации. Наружные поверхности каркаса устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

4.Упаковка

Столик обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

5.Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы изделия 12 месяцев со дня реализации предприятием-изготовителем.

6. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные потребительские свойства.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
2. Сертификат соответствия

Артикул	Габаритные размеры	Примечание
АТ-В21	800*500*1100	Диапазон регулировки высоты рабочей поверхности: 850-1250 мм Размеры рабочей поверхности 700х500 мм Поворот рабочей поверхности в горизонтальной плоскости $\pm 35^\circ$ Общая допустимая нагрузка на столик 15 кг