7. Адрес изготовителя:

603009 , Н. Новгород, ул. Фучика, д. 60,
ООО МК «АСК»
Тел./Факс (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

Упаковщик_____

Дата изготовления _____ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью
Медицинская компания
АСК

Паспорт

Стол инструментальный
СИ.02.00



ГОСТ 16371-93

АЯ 74

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1. Столик предназначен для использования в качестве перемещаемой подставки для медицинских инструментов.

1.2. Столик имеет разборную конструкцию с каркасом, изготовленным из стальных профильных трубок и полок из закаленного стекла или нержавеющей стали. Все ножки столика снабжены управляемыми мебельными колесами. Каркас столика окрашен методом порошковой полимерной окраски.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	длина	ширина	
935	640	445	10

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Каркас вертикальный	2
3.2	Рамка полки	2
3.3	Полка	2
3.4	Колесо мебельное	4
3.5	Винт 4.2х32	8
3.6	Паспорт	1
3.7	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1. Распаковать компоненты столика.

4.2.Винтами 3.5 через отверстия в вертикальных каркасах 3.1 закрепить рамки полок 3.2.

4.3. Установить на ножки каркасов 3.1 колеса 3.4.

4.4. Установить полки 3.3 в рамки полок 3.2.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».

5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.

5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.

5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.

6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.