MET PSC-220
Тележка-тумба медицинская универсальная

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Изделие предназначено для внутрибольничной скорой помощи и реанимации, для размещения и хранения лекарственных препаратов и медицинских инструментов.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

2. Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров	Примечание
Габаритные размеры, мм: ширина глубина высота	 700 550 980	Габаритные размеры изделия указаны без учета навесных принадлежностей
Ø колес	100	Тормоза-фиксаторы на 2 колесах со стороны фасада
Количество ящиков, шт.	5	Центральный электронный замок
Вес изделия, кг	63	(брутто)

3. Описание

3.1. Изделие состоит из основного тумбового элемента с выдвижными ящиками и центральным электронным замком, столешницей и основанием, выдвижным боковым столиком/ящиком (в зависимости от установки), контейнером для шприцов, контейнером для игл, контейнерами для отходов, надстраиваемым контейнером, колесными опорами.

3.2. Конструкция основного тумбового отделения состоит из каркаса и каркасного заполнения. Каркас тумбового отделения состоит из четырех вертикальных стоек, верхние и нижние торцы которых устанавливаются в основание и столешницу изделия.

Каркасные стойки тумбового отделения изготовлены из алюминиевых профилей. Заполнение каркаса состоит из профильных реек из прочного устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами ABS пластика. Профильные рейки соединяются между собой общим полотном-основанием.

3.3. Основное тумбовое отделение оснащено 5 выдвижными ящиками, которые закрываются центральным электронным замком, расположенным над верхним ящиком тумбового отделения.

3.4. Ящики и внутренние перегородки изготовлены из прочного ABS пластика, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами.

3.5. Ящики устанавливаются на телескопические направляющие полного выдвижения из прочной оцинкованной стали.

3.6. Столешница и основание изделия изготовлены из прочного ABS пластика и отлиты таким

образом, что боковые стороны, выступающие над тумбовым отделением, выполняют функцию интегрированных ручек для перемещения изделия в помещении.

3.7. Столешница отлита таким образом, что с каждой боковой и задней стороны образованы борты, интегрированные в поверхность столешницы.

3.8. Углы борта столешницы оборудованы отверстиями с каждой стороны для установки надстраиваемого контейнера (органайзера).

3.9. Надстраиваемый контейнер (органайзер) - телескопический, изготовлен из ABS пластика, с 10 – ю откидными быстросъемными и взаимозаменяемыми ячейками из прозрачного пластика с держателями карточек.

3.10. Изделие оборудовано двумя контейнерами для медицинских отходов, которые состоят из двух емкостей и единой откидной крышки, управление которой производиться при помощи ножной педали, изготовленных из ABS пластика и крепящихся к боковине тумбового отделения.

3.11 Изделие оборудовано контейнером для шприцев, изготовленным из ABS пластика, состоящим из емкости и крышки, которая блокируется при полном заполнении контейнера, и крепящимся к боковой стенке изделия.

3.12. Изделие оборудовано контейнером для игл, который состоит из емкости и съемной крышки с отверстием для утилизации, изготовленным из ABS пластика.

3.13. Изделие установлено на колесные опоры диаметром 100 мм. Колесные опоры – самоориентирующиеся с возможностью поворотной функции на 360°, 2 из них оборудованы автономным тормозным устройством.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в собранном виде.

4.2. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности.

4.3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.4. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.5. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.6. При транспортировке и хранении изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания замка.

	Запрещается: • Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы. • Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами. • Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами. • Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

5. Уход

Наши изделия имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.
Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.
По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Тумбовый элемент с 5 ящиками	1 шт.
Надстраиваемый контейнер (органайзер)	1 шт.
Контейнер для шприцев	1 шт.
Контейнер для медицинских отходов	2 шт.
Контейнер для игл	1 шт.
Колесная опора	4 шт.
Электронный замок	1 шт.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____