8. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.
При покупке товара через маркетплейсы отметка продавца не требуется.
Гарантийный срок начинает отсчитываться со дня покупки.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____
Срок гарантии: 12 месяцев со дня покупки.

Продавец _____
По вопросам гарантии обращаться по телефону: 8 (800) 301-75-95
По вопросам гарантии обращаться по электронной почте: otk@met.ru

Матрас противопролежневый медицинский

MET AIR T-100

Инструкция по эксплуатации надувного матраса



1. Показания к применению

Данная модель противопролежневых систем предназначена для лечения и профилактики пролежней средней и высокой степени риска у пациентов с различными заболеваниями и травмами, сопровождающимися вынужденным длительным неподвижным положением тела.

2. Комплект поставки

- матрас трубчатого типа;
- компрессор;
- соединительные трубки
- комплект для ремонта
- инструкция.

3. Технические характеристики

	MET AIR T-100	MET BASIC xxl
Габариты матраса (Д*Ш*В), см	190*120*8	190*140*8
Габариты компрессора (Д*Ш*В), см	24*14*9	24*14*9
Питание	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Материал	ПВХ	ПВХ
Максимальная нагрузка	135 кг	135 кг

4. Противопоказания


- при шейных и скелетных вытяжениях;
- при нестабильных травмах спинного мозга;
- незажившие швы и раны.

5. Рабочие условия окружающей среды

Температура: 5 – 40 С°
Относительная влажность воздуха: 15-85 %
Параметры электросети: 220 В

6. Инструкция по эксплуатации

1. Разложите противопролежневый матрас на матрас кровати. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножном отделе.
2. Застелите его простыней.
3. Поместите компрессор на плоскую жесткую поверхность или подвесьте на поручни кровати. Убедитесь, что отверстие воздушного фильтра не загорожено.
4. Подсоедините трубки к насосу и матрасу. Убедитесь, что трубки не перекручены и не проходят под матрасом.
5. Подключите компрессор к электросети, после этого включите компрессор в статический (1) или динамический (3) режимов.
6.Отрегулируйте давление воздуха ручкой регулятора (4) в зависимости от веса пациента и его комфорта. Оптимальный вариант, когда между телом пациента и не надутой ячейкой проходят два пальца.



7. Указания по технике безопасности

- Если во время работы компрессора возникает ненормальная ситуация, например громкий шум или странный запах, немедленно отключите прибор от электросети.
- Людям весом больше 135 кг не рекомендуется пользоваться матрасом.
- Держите надувной матрас вдали от острых предметов.
- Храните изделие вдали от открытого огня и любых нагревательных поверхностей, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
- Регулярно производите гигиеническую обработку матраса мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- Храните матрас в сдутом сложенном виде, в сухом проветриваемом помещении.
- Матрас должен использоваться только по назначению врача.