№ п/п	Наименование параметра	Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ	Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования
1	**2**	**3**	**4**
Столик манипуляционный (две полки и ящик)			
1	**Назначение:** оснащение кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях	Соответствие	
2	Изделие должно быть новым, в упаковке. Дата изготовления, год, не ранее	2020	
3	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	Наличие	
4	Декларация о Соответствии и (или) Сертификат Соответствия	Наличие	
5	Гарантия должна быть месяцев, не менее	12	
Технические характеристики:			
6	**Габаритные размеры:**		
6.1	Ширина изделия должна быть, мм, не менее	540	
6.2	Глубина изделия должна быть, мм, не менее	370	
6.3	Высота изделия должна быть, мм, не менее	890	
7	Изделие должно представлять собой подвижную конструкцию с двумя полками и выдвижным съемным ящиком	Соответствие	
8	Конструкция изделия должна быть сборно-разборная, которая должна позволять, при необходимости, осуществлять неоднократную сборку и разборку	Соответствие	
9	Каркас изделия должен состоять из двух боковин и двух полок	Соответствие	
10	Каркас изделия должен быть изготовлен из ABS-пластиковой трубы диаметром, мм, не менее	40	
11	Толщина стенки пластиковой трубы каркаса изделия должна быть, мм, не менее	5	
12	Одна из боковин изделия должны быть изготовлены в Г-образной форме, которая должна выступать над верхней полкой с боковой стороны изделия	Соответствие	
13	Выступ боковой дуги из ABS-пластика каркаса изделия должен выполнять функцию ручки для перемещения изделия в помещении	Соответствие	
14	Диаметр ABS-пластиковой трубы ручки для перемещения изделия должен быть, мм, не менее	45	
15	Полки должны быть изготовлены из ударопрочного ABS-пластика в виде прямоугольников, которые должны быть выполнены таким образом, чтобы образовывалось углубление, которое должно выполнять функцию внутренних поверхностных бортиков	Соответствие	
16	Каждая полка изделия должна оборудоваться дополнительным бортом с трех сторон, исключая фронтальную сторону изделия	Соответствие	
17	Трехсторонний дополнительный борт каждой полки должен представлять собой конструкцию из горизонтальных соединительных труб, которые должны крепиться к вертикальным стойкам каркаса изделия	Соответствие	
18	Горизонтальные соединительные трубы дополнительного борта каждой полки должны быть изготовлены из ABS-пластиковой	16	

	трубы диаметром, мм, не менее		
19	Высота дополнительного борта каждой полки изделия должна быть, мм, не менее	80	
20	Под верхней полкой изделия должен устанавливаться выдвижной съемный ящик	Соответствие	
21	Количество ящиков должно быть, штук, не менее	1	
22	Ящики должны быть изготовлены из ударопрочнного ABS-пластика	Соответствие	
23	Ящики должны устанавливаться на специальные реечные направляющие, которые располагаются на нижней поверхности верхней полки	Соответствие	
24	Ширина ящика должна соответствовать расстоянию между вертикальными стойками изделия для обеспечения максимальной пользы	Соответствие	
25	Изделие должно устанавливаться на колесные опоры	Соответствие	
26	Количество колесных опор должно быть, штук, не менее	4	
27	Диаметр колёсных опор должен быть, мм, не менее	75	
28	Изделие должно обладать возможностью фиксации изделия в неподвижном положении при помощи индивидуальных автономных тормозных устройств на колесных опорах изделия	Соответствие	
29	Количество колесных опор с индивидуальным автономным тормозным устройством должно быть, штук, не менее	2	
30	Цвет изделия должен быть «белый» или максимально близкий цветовой эквивалент	Соответствие	
31	Клиренс изделия должен быть, мм, не менее	160	
32	Вес изделия должен быть, кг, не менее	8	