7. Гарантийные обязательства.

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
7.2. На механические повреждения мягких элементов изделия, полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ), данная гарантия не распространяется.
7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.
7.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить гарантийный талон, товарно-транспортную накладную (или УПД), рекламацию и фото/видео материалы, которые могут помочь определить проблему.
7. 5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская д.29 стр. 2, 4 этаж, ,тел. (495) 642-86-62, 988-76-60, E-mail: service@group-hitek.ru

8. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская – Кушетка-стол перевязочная передвижная арт. КСМ-ПП-06г №_____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ 9452-001-18732063-2016 и признана годной к эксплуатации.

_____
Дата производство

Отметка ОТК

Производитель:
ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2
Тел.: 8 (495) 995-995-9
www.med-engineering.ru

МедИнжиниринг

ПАСПОРТ
Мебель медицинская
Кушетка-стол перевязочная передвижная
КСМ-ПП-06г

Арт. КСМ-ПП-06г

Мебель медицинская
Кушетка-стол перевязочная передвижная арт. КСМ-ПП-06г
1.Назначение

Мебель медицинская – кушетка-стол перевязочная передвижная КСМ-ПП-06г (далее – кушетка) предназначена для оснащения кабинетов, в том числе косметологических и массажных, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений. Изделие используется для проведения процедур и осмотра пациентов.

2.Описание

2.1 Кушетка изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 9452-001-18732063-2016 и имеет РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2017.
2.2 Кушетка состоит из следующих элементов:
- основание - 1шт. на колёсах диаметром 160мм – 4 шт.
- мягкое ложе – 1 шт. с поворотными подлокотниками – 2 шт.
- подъемная рама с гидроприводом, управляемым двумя ножными педалями – 1 шт.

2.3 Основание и рама кушетки изготовлены из тонкостенных стальных профильных труб с нанесением защитного антикоррозионного покрытия.
2.4 Мягкие элементы выполнены из фанеры, на которую уложен слой поролона, обтянуты искусственной кожей.
2.5 Изменение высоты кушетки осуществляется гидроприводом с педалью. Подъем на необходимую высоту производится несколькими нажатиями на педаль. Для опускания необходимо поднять педаль вверх до упора и удерживать, кушетка будет плавно опускаться вниз.
2.6 Подголовник имеет ступенчатую регулировку угла наклона, механизм Rastomat. Установку положения секции изделия в необходимое положение с помощью механизма Rastomat производить следующим образом:
а) Привести секцию в исходное положение. Для этого нужно поднять ее вверх до упора (при этом фиксатор отключается), а затем опустить до упора вниз;
б) Привести секцию в требуемое положение. Из крайнего нижнего положения нужно плавно поднимать секцию (при этом происходит срабатывание механизмов фиксаторов (растоматов), сопровождаемое характерными щелчками) до необходимого положения. Нажатием на секцию убедиться в надежности фиксации.
2.7 Положение подлокотников относительно ложа регулируется по длине и высоте с помощью ручек фиксаторов.
Для изменения положения элемента - необходимо повернуть ручку-фиксатор против часовой стрелки (т.е. ослабить фиксацию), выставить нужную высоту элемента и закрутить ручку-фиксатор по часовой стрелке (т.е. зафиксировать новое положение элемента).
2.8 Кушетка поставляется в собранном виде.

3.Технические характеристики

3.1 Габаритные размеры:
Высота— 600/1000 мм, длина — 2050 мм
Ширина общая— 840 мм, ширина ложа – 620 мм
Длина подлокотника – 400 мм
Ширина подлокотника – 120 мм
3.2 Углы наклона подголовника относительно горизонта: от 0º до +45º
3.3 Высота подъема подлокотников относительно ложа, мм –от 0 до 200
3.4 Продольное перемещение подлокотников – 400 мм
3.5 Допустимая равномерно распределённая нагрузка на ложе не более 160 кг:
- 20 кг на подлокотник
- 20 кг на подголовник

3.6 Масса изделия не более 66 кг.
3.7 Материалы, входящие в состав изделия: сталь, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд.
3.8 Срок службы изделия – не менее 6 лет.

4. Комплектность

В комплект поставки входит:
- изделие в собранном виде - 1 шт.
- паспорт, содержащий инструкцию по эксплуатации – 1 шт.
- гарантийный талон – 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности.

5.1 Использовать изделие только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.
5.2 Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.
5.3 Изделие не предназначено для эксплуатации вне помещения.
5.4 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6. Хранение и транспортировка

6.1 Транспортировка изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
-упаковка с изделием не должка подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20ºС до +40ºС.
6.2 Изделие может храниться в течение 5 лет в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5ºС до +40ºС.
- относительная влажность при температуре окружающей среды+25ºС не более 80%.
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.