Многофункциональная инвалидная коляска серии SK

ВИЛЛИ

Руководство по эксплуатации



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качеств

1. Наименование медицинского изделия

Многофункциональная инвалидная коляска серии SK

2. Область применения медицинского изделия

Для использования в медицинских учреждениях и в быту. Коляска может быть использована как в закрытых помещениях, так и для прогулок на улице.

3. Показания к применению и назначение. Потенциальные потребители

Кресло-коляска используется для детей с потерей, ограничением или при значительно выраженных нарушениях нейромышечных, скелетных и статодинамических функций передвижения, возникших в результате паралича, потери конечностей, деформации конечностей, контрактуры суставов.
Применяется при следующих заболеваниях:

- ДЦП
- Прогрессирующая мышечная дистрофия
- Спинальная мышечная атрофия
- Аномалии спинного или головного мозга

4. Противопоказания

- вес ребенка выше 35 кг
- последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении сидя
- наличие эпилептических припадков с нарушением сознания

5. Состав изделия



1. **Ручка для сопровождающего**
2. **Подголовник**
3. **Боковые поддержки**
4. **Столик**
5. **Ремень безопасности**
6. **Абдуктор**
7. **Подножки**
8. **Передние колеса**
9. **Стояночный тормоз**
10. **Задние колеса**



1. **Кнопки регулировки угла наклона ручки для сопровождающего**
2. **Винт-барашек для регулировки высоты подголовника**
3. **Педаль тормоза**
4. **Педаль для регулировки высоты сиденья**
5. **Рычаг для регулировки угла наклона сиденья и спинки**

6. Функции, регулировки, особенности

Данная модель может быть использована как уличная и домашняя коляска. Благодаря алюминиевой раме и компактной конструкции коляска очень лёгкая и маневренная.
Благодаря многочисленным регулировкам можно быстро придать желаемое положение ребенку и адаптировать под любые антропометрические особенности.
Регулировки:
- Регулируемое по высоте и глубине сиденье
- Регулируемый угол наклона спинки и сиденья
- Регулируемый по высоте и углу наклона подголовник
- Регулируемые по высоте и ширине подлокотники
- Регулируемые по ширине боковые поддержки
- Регулируемые по высоте и углу наклона подножки
- Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего
- Регулируемый по ширине столик

Кресло-коляска оснащено ножными стояночными тормозами, которые предотвратят самопроизвольное движение изделия.
В комплектацию входит съёмный столик и комплект ключей.

7. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

	Чтобы правильно использовать коляску, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несёт ответственность за ущерб, возникающий при из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока эксплуатации.
	Запрещается использовать коляску в целях, не прописанных в данном руководстве.

•Если в коляске обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
•Перед каждым использованием изделия проверяйте изделие на наличие видимых повреждений.
•Следите за тем, чтобы ремни находились в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
•Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
•В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов коляски.
•Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

8. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

Производитель несёт ответственность только при использовании коляски в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данным руководством. Производитель не несёт ответственности за повреждение вследствие неоригинальных элементов и запасных частей.
Кресло-коляска предназначено для перемещения по твёрдым покрытиям, либо в помещении.
Эксплуатация в условиях пересечённой местности влечёт за собой ухудшение технических характеристик изделия.
Хранить в сухом тёплом месте, вне зоны досягаемости детей.

9. Срок службы (годности)

Средний срок службы до списания колясок – не менее пяти лет. Изделия являются ремонтопригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления его работоспособности экономически нецелесообразна.

10. Условия хранения и транспортировки

Коляски должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.
Транспортирование изделий может проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолётов и т.д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
Условия транспортирования колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°С до плюс 40°С). Транспортирование колясок в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846.
Условия хранения колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°С до плюс 40°С, относительная влажность воздуха – 98% при 25°С)

11. Техническое обслуживание

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации Вашего изделия.
Работоспособность коляски и, в особенности тормозов, принципиально должна проверяться каждый раз до применения. Стопорные гайки рекомендуется использовать не более одного раза. После многократного откручивания-закручивания они подлежат замене. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю с целью их устранения. Это в первую очередь относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение ходовых качеств коляски или снижение устойчивости. Помимо этого, мы рекомендуем регулярно проходить ежегодное техническое обслуживание в авторизованном специализированном магазине. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем в указанные интервалы времени.

Частота	Контроль	Комментарий
Перед первой сборкой	Проверка технического состояния всех элементов, входящих в состав упаковки	Убедитесь, что все компоненты не имеют видимых механических повреждений
Перед каждой поездкой	Управление колесами и тормозами	Тормоза могут изнашиваться, проверяйте их состояние перед каждым использованием. Проверяйте износ колес и очищайте их от грязи и песка
Каждые две недели	Правильный монтаж крепежных винтов и гаек	Убедитесь, что все гайки и болты затянуты.
Каждые два месяца	Чистота, общее состояние	В случае механического повреждения, немедленно обратитесь к производителю
Раз в месяц	Состояние быстроразъемных, резьбовых и паянных соединений	Обратите внимание на трещины в материале рамы, в местах пайки и на отверстиях, блокирующих штыковые соединения
Раз в месяц	Состояние шин	Убедитесь, что протектор шины не изношен и шины не имеют видимых повреждений

При обнаружении неисправности в работе кресла-коляски следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:
ООО «МЕТ»
108811, Россия, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.), д.4, стр. 2, этаж 5, блок Г ,тел 8-495-775-75-95

Чистка и дезинфекция

	При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.

Наружные поверхности колясок не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потёртостей, острых выступающих частей и других дефектов.
Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113 химическим методом, с добавлением уксусной кислоты в концентрации > 10% или органическими растворителями типа галогенизированных/ароматизированных углеводородов или ацетоном.
Изделие НЕ стерильно!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает бесплатную замену неисправных деталей, работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.
Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

12. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

№ ……. **Дата изготовления ≪ ≫ ..... 20…. г.**

1. Приобретен.....
2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

……
……
……
……

3. Заключение предприятия-изготовителя:

……
……
……
……

4. Выполненные работы:

……..
……..
……..
……..

Владелец …… « .....» .....20 . . .г. МП	Руководитель предприятия – изготовителя …… « ...» .....20 . . .г. МП