6. Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке.

Столы-тумбы лабораторные: СТ.01.00, СТ.01.01, СТ.01.02, СТ.01.03, СТ.01.04, СТ.01.05, СТ.01.06, СТ.01.07, СТ.02.00, СТ.02.01, СТ.02.02, СТ.02.03, СТ.02.04, СТ.02.05, СТ.02.06, СТ.02.07, СТ.02.08, СТ.02.09

Соответствует ТУ-9452-001-68690950-2011

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.
Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru
www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания

Паспорт

	Арт.	Наименование
	СТ.01.00	Стол-тумба лабораторный
	СТ.01.01	Стол-тумба лабораторный
	СТ.01.02	Стол-тумба лабораторный
	СТ.01.03	Стол-тумба лабораторный
	СТ.01.04	Стол-тумба лабораторный
	СТ.01.05	Стол-тумба лабораторный
	СТ.01.06	Стол-тумба лабораторный
	СТ.01.07	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.00	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.01	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.02	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.03	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.04	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.05	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.06	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.07	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.08	Стол-тумба лабораторный
	СТ.02.09	Стол-тумба лабораторный

ТУ-9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1. Стол предназначен для организации рабочего места в медицинских лабораториях.

1.2. Стол изготовлен из алюминиевого профиля и пластиковых панелей или ЛДСП панелей. Стол устанавливается на регулируемые опоры.

2. Основные технические характеристики.

Арт.	Описание	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
		высота	ширина	длина	
СТ.01.00	4 ящика, 4 ящика, дверка	850	600	1500	70
СТ.01.01	дверка, 4 ящика, дверка	850	600	1500	63
СТ.01.02	4 ящика больших, дверка	850	600	1500	67
СТ.01.03	3 ящика,3 ящика,3 ящика	850	600	1500	68
СТ.01.04	дверка, дверка, дверка	850	600	1500	54
СТ.01.05	дверка, 2 ящика, дверка	850	600	1500	56
СТ.01.06	4 ящика больших, 4 ящика	850	600	1500	71
СТ.01.07	4 ящика, 4 ящика, 4 ящика	850	600	1500	78
СТ.02.00	4 ящика, 4 ящика	850	600	1000	50
СТ.02.01	ниша, 3 ящика, 3 ящика	850	600	1000	57
СТ.02.02	дверка, 4 ящика	850	600	1000	46
СТ.02.03	две дверки	850	600	1000	38
СТ.02.04	3 ящика	850	600	1000	40
СТ.02.05	ниша, две дверки	850	600	1000	37
СТ.02.06	ниша, дверка, 3 ящика	850	600	1000	45
СТ.02.08	4 ящика	850	600	1000	49
СТ.02.09	ящик+дверка, ящик+дверка	850	600	1000	36

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)		Кол-во, шт.
3.1	Стол в сборе (ручка установлена с обратной стороны фасада)		1
3.2	Опора регулируемая и втулка	СТ.01.00, СТ.01.01, СТ.01.03, СТ.01.04, СТ.01.05, СТ.01.07	8
		СТ.01.02, СТ.01.06, СТ.02.00, СТ.02.01, СТ.02.02, СТ.02.03, СТ.02.05, СТ.02.06, СТ.02.07, СТ.02.09	6
		СТ.02.04, СТ.02.08	4
3.3	Паспорт		1
3.4	Упаковка		1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. С помощью молотка установить заглушки в ножки и ввернуть в них регулируемые опоры 3.2 **ВНИМАНИЕ!** Регулировка опор 3.2 после установки изделия в рабочее положение производится при помощи рожкового ключа 13 мм

4.3 С помощью крестовой отвертки установить ручку на лицевую сторону фасада.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации изделия соблюдайте максимально допустимую равномерно распределенную нагрузку:

- На столешницу не более 30 кг;
- На полку не более 5 кг;
- На ящик не более 5 кг

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

5.8. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.