Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения МЕТ МК-170

Руководство по эксплуатации



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Область применения медицинского изделия.
для использования в медицинских учреждениях и в быту.

2. Показания к применению и назначение медицинского изделия.
•рассеянный склероз;
•детский церебральный паралич
•частичное повреждение спинного мозга;
•неврологические расстройства;
•пациенты ортопедического профиля;
•протезирование тазобедренного сустава;
•протезирование коленного сустава / ПКС;
•спортивная травма;
•пациенты, нуждающиеся в чувстве безопасности.

3. Противопоказания при применении медицинского изделия.
- вес пациента выше 40 кг;
- не использовать с различными специфическими болезнями.

4. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

	Чтобы правильно использовать кресло-коляску, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.

	Запрещается использование кресло-коляски в целях, не прописанных в данном руководстве.

•Если в кресло-коляске обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
•Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.

•Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите пользование изделия и обратитесь к производителю /поставщику для заказа ремонта.
•Следите за тем, чтобы ремни находились в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
•Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
•В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов кресла-коляски.
•Следует помнить, что при недостаточном опыте использования кресла-коляски существует вероятность падения. Рекомендуем перед началом активного использования коляски тренироваться в обращении с ней.
•Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При эксплуатации кресло-коляски необходимо сохранять центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски.
•Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

5. Возможные побочные действия при использовании изделия.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кресло-коляски важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

	Категорически запрещена эксплуатация кресла-коляски без антиопрокидывателей. Опасность опрокидывания.

6. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

Производитель несет ответственность только при использовании коляски в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим

образом и осуществлять уход в соответствии с руководством по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.
Коляска предназначена для перемещения по твердым покрытиям, либо в помещении.
Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия.
При недостаточном опыте использования инвалидной коляски рекомендуем перед началом активного использования коляски тренироваться в обращении с ней.
Хранение в сухом и теплом месте, вне зоны досягаемости детей.
Кресла-коляски поставляются пользователю в собранном виде.

7. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).
Средний срок службы до списания кресел-колясок— не менее пяти лет.
Кресла-коляски являются ремонтопригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления её работоспособности экономически нецелесообразна. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок в целом, кроме принадлежностей — 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, при внерыночной покупке — со дня получения потребителем.

8. Условия хранения и транспортировки.
Кресла-коляски должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.
Транспортирование кресел-колясок должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолетов и т. д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
Транспортирование на самолетах в неотапливаемых негерметизированных отсеках не допускается.

Условия транспортирования кресел-колясок - в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха - от минус 50 ℃ до плюс 40 °С).
Транспортирование кресел-колясок в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846.
Условия хранения кресел-колясок— в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от минус 50 °С до плюс 40 °С относительная влажность воздуха — 98 % при 25 °С).

9. Техническое обслуживание.

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации Вашей коляски. Работоспособность кресла-коляски и, в особенности, ее тормозов принципиально должна проверяться всякий раз до ее применения. Стопорные гайки рекомендуется использовать не более одного раза. После многократного откручивания-закручивания они подлежат замене. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю с целью их устранения. Это в первую очередь относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение ходовых качеств коляски или снижение ее устойчивости. Помимо этого, мы рекомендуем регулярно проходить ежегодное техническое обслуживание в авторизованном специализированном магазине. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем через указанные интервалы времени.

Контроль	Перед каждым использованием	Ежемесячно	Ежеквартально
Функционирование тормозов	x		
Провисание обивки сиденья и спинки		x	
Регулировки головки вилки поворотных колёс		x	
Визуальный контроль быстроизнашивающихся частй (например, покрышек колёс,подшипников)		x	
Степень загрязнения подшипников		x	
Осмотр обручей на предмет повреждений		x	

Контроль давления в шинах		x	
Степень износа деталей складной рамы		x	
Контроль натяга спиц в приводных колёсах			x
Осмотр резьбовых соединений			x

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:
ООО «МЕТ»
108811, Г. МОСКВА, П МОСКОВСКИЙ, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), ДВЛД. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5 БЛОК Г

8-495-775-75-95

10. Чистка и дезинфекция

	При очистке кресла используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы кресла.

Наружные поверхности кресел-колясок не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потертостей, острых выступающих частей и других дефектов. Поверхности кресел-колясок должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом с добавлением уксусной кислоты в концентрациях > 10% или органическими растворителями типа галогенизированных/ароматизированных углеводородов или ацетоном.

11. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации кресел - 12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения кресел в упакованном виде 12 месяцев.
В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющий гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет медицинское

изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия, гарантийный талон.

Общие положения (рекомендации): текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя или дилеров на территории Российской Федерации.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения МЕТ МК-170 производства ООО «МЕТ»

№ . . . . . Дата изготовления « » ……... 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен . . . . . .

(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. Заключение предприятия-изготовителя:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4.Выполненные работы

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Руководитель предприятия - «Владелец»	Руководитель предприятия – изготовителя
…..… . . . . . . «. . .». . . . . 20 . . .г. М.П.	. . .. «. . .». . . . . 20 . . .г М.П.