# Tautmann

## Каталка медицинская функциональная с принадлежностями

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

## 1. Введение

Изделие предназначено для перемещения пациентов между палатами и помещениями в больницах и других лечебных учреждениях.

| | |
|---|---|
|  | Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации. |

**ВНИМАНИЕ!**

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

### 1.1. Поставка

Изделие поставляется полностью смонтированным или разобранным на несколько частей. Перед использованием изделия оно должно быть полностью собрано.

Если в комплектации изделия отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

### 1.2. Перемещение изделия

Колеса изделия не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по излишне неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

## 2. Действия перед началом эксплуатации

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте паспорт изделия.
- Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Всегда держите колеса заблокированными, когда не требуется перемещение изделия.
- Перед использованием функций изделия, убедитесь, что вокруг и под изделием достаточно места для маневра.
- Убедитесь, что боковые ограждения работают исправно и фиксируются в поднятом положении.
- Если изделие хранилось на холоде, перед началом эксплуатации оставьте его во внутреннем помещении на 4-5 часов.

## 3. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Габариты изделия | 211*84 см |
| Высота ложа | 61,5-85 см |
| Угол наклона спинной секции | 0 - 85° |
| Тренделенбург / Антитренделенбург | 10° |
| Диаметр колесных опор | 200 мм |
| Максимальная распределенная рабочая нагрузка | 230 кг |

## 4. Изделие в деталях




1 – Спинная секция ложа
2 – Ножная секция ложа
3 – Боковые ограждения
4 – Телескопические колонны
5 – Защитные бамперы по углам ложа
6 – Колёсное основание
7 – Педали регулировки
8 – Педали регулировки пятого колеса
9 – Инфузионная стойка

## 5. Описание изделия

**5.1.** Изделие представляет собой конструкцию из подвижного основания на колесных опорах, подъемно-опускных механизмов колонного типа и ложа.

**5.2.** Подвижное основание представляет собой неразборный каркас из стальных профильных труб различного сечения, покрытых полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств.

**5.3.** Подвижное основание закрывается сверху защитным кожухом из ABS-пластика, обеспечивающим защиту от повреждений и попадания влаги на основание изделия, с выпрессованным ложементом для кислородного баллона.

**5.4.** На подвижное основание установлены две механогидравлические цилиндрические телескопические колонны, на которые установлено ложе изделия.

**5.5.** На подъемно-опускные механизмы колонного типа устанавливается ложе изделия.

**5.6.** Ложе изделия представляет собой рамное основание из профильных стальных труб различного сечения с ложементами из HPL-пластика. Ложе рентгенопрозрачное, состоит из подвижной спинной и неподвижной ножной секций. На каждом углу ложа находятся защитные пластиковые бамперы с резиновыми накладками.

**5.7.** Регулировка угла наклона спинной секции производится при помощи пневматического привода. Ручка блокировки и разблокировки привода находится под спинной секцией ложа.

**5.8.** Регулировка высоты ложа производится с помощью механогидравлических колонн и специальных педалей, расположенных с обеих сторон изделия.

**5.9.** Регулировка угла наклона положения Тренделенбург / Антитренделенбург производится с помощью механогидравлических колонн и специальных педалей, расположенных с обеих сторон изделия.

**5.10.** На рамное основание ложа устанавливаются опускающиеся металлические боковые ограждения.

**5.11.** Изделие установлено на колесные опоры диаметром 200 мм, изготовленные из немаркой резины.

**5.12.** Колесные опоры оборудованы трехпозиционной билатеральной системой блокировки (разблокировка всех колесных опор, блокировка направляющей колесной опоры, блокировка всех колесных опор). Билатеральная система блокировки колесных опор приводится в действие при помощи педалей, расположенных в каждом углу подвижного основания изделия.

**5.13.** Изделие комплектуется односекционным матрасом, который прикрепляется к ложу при помощи специальных липучих лент в спинной и ножной секции. Наполнитель матраса – вязкоэластичный пенополиуретан, съемный чехол матраса – из непромокаемой ткани.

**5.14.** В зависимости от выбранной комплектации изделие может комплектоваться инфузионной стойкой с крючками для размещения инфузионных пакетов.

## 6. Правила эксплуатации

Не вносите изменения в конструкцию изделия и не устанавливайте на него никаких деталей, не предусмотренных производителем.

**Перед каждым использованием изделия убедитесь, что:**

- места вокруг изделия достаточно для регулировок;
- боковые ограждения беспрепятственно поднимаются и опускаются;
- механизм блокировки боковых ограждений функционирует;
- провода других приборов не должны попадать под колеса или в конструкцию изделия.

**В процессе эксплуатации изделия:**

- не допускайте зажимания его элементами пациента или других лиц;
- если изделие перемещается вместе с пациентом, боковые ограждения обязательно должны быть подняты и зафиксированы;
- во время регулировок изделия колеса должны быть заблокированы;
- не оставляйте пациента на изделии без присмотра!

| | |
|---|---|
|  | При нарушении функционирования изделия прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр. |

## 7. Техническое обслуживание и уход

**7.1.** Периодически или при необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, проверяйте и подтягивайте ослабленные винтовые соединения.

**7.2.** Регулярно проверяйте изделие на отсутствие изношенных или поломанных деталей, следов коррозии, а также целостность покрытия.

**7.3.** Для очистки пользуйтесь мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Допускается использование любых чистящим средствам на водной основе. Не допускается применение абразивных материалов и едких веществ. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

**7.4.** После очистки и дезинфекции протирайте изделие насухо.

| | |
|---|---|
|  | Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности. |

## 8. Транспортировка и хранение

**8.1.** Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировке изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

**8.2.** Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлов.

| | |
|---|---|
|  | **Запрещается:**<br>• Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.<br>• Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами.<br>• Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами.<br>• Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки. |

## 9. Гарантия

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

## Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному паспорту изделия, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____