Свидетельство о приемке

Комплект и его составные части соответствуют требованиям ТО РБ 190666709.002-2009 (ГОСТ 16371-93) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки_____

Бригада _____

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи
Телефон: +375175415232
Факс +375294033092

М. П.

ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ



Столик (тележка для перевозки стерилизационных коробок) серии АТ ГОСТ 16371-93

Тележка для перевозки стерилизационных коробок
АТ-В19, столик
ГОСТ 16371-93

1. Предназначение

Столик предназначен для перемещения стерилизационных коробок с двумя полками.

2. Общая характеристика

Столик состоит из:
- каркас с боковой ручкой , 4-х колесные опоры, 2 из которых с тормозом;
- полки с 4-х сторонней отбортовкой;

3. Описание

Каркас: жесткая цельносварная конструкция из нержавеющей трубы 25х25 мм марки AISI-304. Столик установлен на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из серой резины диаметром 125 мм.

Полки выполнены из нержавеющего листового проката толщиной 0,8мм с усилениями, согнутого особым способом обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность.

Использование нержавеющего металлопроката позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации.

Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4.Упаковка, транспортировка и хранение

Столик обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должно хранить в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6.Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (18 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель осуществляет за собой право вносить изменение в конструкцию, без уведомления заказчика, и не ухудшающие работоспособность изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Р. Б.
2. Регистрационное удостоверение Министерство Здравоохранения Р Ф.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

Артикул	Габаритные размеры	Полки	Примечание
АТ-В19	900х600х1100	2	На полках защитное ограждение, опорные колеса Ø125мм Суммарно на столик не более 80кг