BLQ 002 Тележка медицинская внутрибольничной скорой помощи с цветовой кодировкой

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Изделие предназначено для оснащения палат стационара, хирургических и анестезиологических кабинетов для размещения и хранения лекарственных препаратов и медицинских инструментов.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

2. Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров	Примечание
Габаритные размеры, мм: • ширина • глубина • высота	 850 560 970	Высота указана с учетом колесных опор
Количество ящиков, шт.	5	Центральный замок
Вес изделия, кг	58	

3. Описание

3.1. Изделие состоит из основного тумбового элемента с выдвижными ящиками, столешницей и основанием, выдвижной боковой полкой, телескопической инфузионной стойкой, поворотной полкой для оборудования, корзинами для принадлежностей, открытым контейнером, контейнерами для отходов, контейнерами для игл, доской CPR, держателем для баллона, колесными опорами.

3.2. Конструкция основного тумбового отделения состоит из каркаса и каркасного заполнения. Каркас тумбового отделения состоит из четырех вертикальных стоек, верхние и нижние торцы которых устанавливаются в основание и столешницу изделия. Каркасные стойки тумбового отделения изготовлены из анодированного алюминиевого сплава высокой прочности, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов. Заполнение каркаса состоит из профильных реек из прочного устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами ABS пластика. Профильные рейки соединяются между собой общим полотном-основанием.

3.3. Основное тумбовое отделение оснащено 5 выдвижными ящиками, которые закрываются центральным замковым устройством, расположенным над верхним ящиком тумбового отделения, и одной выдвижной боковой полкой.

3.4. Ящики и внутренние перегородки изготовлены из прочного ABS пластика, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами.

3.5. Ящики устанавливаются на телескопические направляющие полного выдвижения из прочной оцинкованной стали.

3.6. Тумбовое отделение с левой стороны оснащено выдвижной боковой полкой, изготовленной из прочного ABS пластика, устойчивого к обработке всеми видами дезинфицирующих средств.

3.7. Выдвижная полка устанавливается на телескопические направляющие полного выдвижения, изготовленные из прочной оцинкованной стали.

3.8. Торцевая панель выдвижной полки изготовлена из прочного ABS пластика с интегрированной дугообразной полукруглой ручкой.

3.9. Столешница и основание изделия изготовлены из прочного ABS пластика и отлиты таким образом, что боковые стороны, выступающие над тумбовым отделением, выполняют функцию интегрированных ручек для перемещения изделия в помещении.

3.10. Столешница отлита таким образом, что с каждой боковой и задней стороны образованы борты, интегрированные в поверхность столешницы.

3.11. Углы борта столешницы оборудованы двумя отверстиями с каждой стороны для установки телескопической стойки для инфузионных вливаний и поворотной полки для оборудования.

3.12. Стойка для инфузионных вливаний - телескопическая, с четырьмя крючками для инфузионных пакетов, изготовлена из прочной стали с гальваническим защитно-декоративным покрытием с пластиковой платформой для складных крючков.

3.13. Поворотная полка для оборудования – с возможностью поворота на 360° и фиксацией необходимого положения при помощи специального винтового механизма. Поворотная полка состоит из стойки для установки на специальный стержень из стальной трубы и платформы из ABS пластика с бортиками с четырех сторон.

3.14. Изделие оборудовано двумя контейнерами для медицинских отходов, каждый из которых состоит из емкости и откидной крышки, изготовленных из ABS пластика и крепящихся к боковине тумбового отделения.

3.15. Изделие оборудовано двумя корзинами для принадлежностей, изготовленных из ABS пластика и крепящихся к боковым стенкам изделия.

3.16. Изделие оборудовано двумя контейнерами для игл, каждый из которых состоит из емкости и закручиваемой крышки, изготовленных из ABS пластика. Контейнеры для игл обладают возможностью установки в любой корзине для принадлежностей.

3.17. Изделие оборудовано открытым контейнером, изготовленным из ударопрочного ABS пластика и крепящемся к боковой стенке изделия.

3.18. Изделие оборудовано доской CPR, изготовленной из прочного ABS пластика.

3.19. Изделие оборудовано держателем для баллона из стального листа, окрашенного высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов. Вертикальная часть держателя крепится к задней стенке изделия при помощи саморезных винтов или эквивалентным образом.

3.20. Изделие установлено на колесные опоры диаметром 100 мм. Колесные опоры – самоориентирующиеся с возможностью поворотной функции на 360°, 2 из них оборудованы автономным тормозным устройством.

3.21. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в собранном виде.

4.2. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности.

4.3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.4. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.5. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.6. При транспортировке и хранении изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией, дабы избежать заклинивания замка.

	Запрещается: • Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы. • Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами. • Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами. • Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

5. Уход

Наши изделия имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Тумбовый элемент с 5 ящиками	1 шт.
Выдвижная боковая полка	1 шт.
Стойка для инфузионных вливаний	1 шт.
Поворотная полка для оборудования	1 шт.
Корзина для принадлежностей	2 шт.
Контейнер для медицинских отходов	2 шт.
Контейнер для игл	2 шт.
Контейнер открытый	1 шт.
Доска CPR	1 шт.
Держатель для баллона	1 шт.
Колесная опора	4 шт.
Замок	1 шт.
Ключ	2 шт.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____