Свидетельство о приемке

Комплект и его составные части соответствуют требованиям ТО РБ 190666709.002-2009 (ГОСТ 16371-93) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки_____

Бригада _____

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи
Телефон: +375175415232
Факс +375294033092

М. П.

Столик медицинский инструментальный

ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ



Столик медицинский серии АТ
ГОСТ 16371-93

АТ-В21, АТ-В23,АТ-В24 ГОСТ 16371-93

Предназначение

Столик предназначен для эксплуатации в лечебных учреждениях для размещения инструментария, приспособлений и других медицинских принадлежностей, используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций.

1. Общая характеристика

Столик конструкционно выполнен из следующих элементов:

- каркас;
- столешница;
- колесные опоры диаметром 50мм с тормозом.

2. Описание

Каркас и столешница: Жесткая, цельносварная конструкция, из листового нержавеющего металлопроката марки AISI – 304 толщиной 0,8 мм/25*25 мм, выгнутого особым способом обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность. Регулировка высоты столика и поворот рабочей поверхности производится вручную с фиксацией винтовым зажимом. Рабочая поверхность столика имеет отбортовку с 4-х сторон. Использование нержавеющего металлопроката позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации. Наружные поверхности каркаса устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

3. Упаковка, транспортировка и хранение

Столик обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

4. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

5. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (18 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель осуществляет за собой право вносить изменение в конструкцию, без уведомления заказчика, и не ухудшающие работоспособность изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерство Здравоохранения Р. Б.
2. Регистрационное удостоверение Министерство Здравоохранения Р.Ф.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

Артикул	Габаритные размеры	Примечание
АТ-В24	700*500*950-1250	Четырёхлучевое основание
АТ-В23	600*400*950-1250	Четырёхлучевое основание
АТ-В21	600*400*900-1320	Трёхлучевое основание